

Allegato n. 3: Elenco regionale delle attrezzature

Branca Tetti	CLASSE - SETTORE	ID	Apparecchiatura	NOTE	VETUSTA'	PUNTEGGIO
Diabetologia		1	BIOTESIOMETRO (sensibilità vibratoria)		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		3	NEUROTETER (neuropatia autonoma)		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		5	OCULISTICA: Lampada a fessura		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	6	ECOGRAFO	0-5	+1		
			5 -- 10	0		
			OLTRE 10	-1		
Branche a Visita		NON APPLICABILE				
Dialisi		NON APPLICABILE				
Cardiologia	1	ECT - ECOTOMOGRAFI PER USO CARDIOLOGICO		0-5	+1	
				5 -- 10	0	
				OLTRE 10	-1	
FKT	1	Magnetoterapia		0-5	+1	
				5 -- 10	0	
				OLTRE 10	-1	
	2	Elettroterapia		0-5	+1	
				5 -- 10	0	
				OLTRE 10	-1	
	3	Irradiazione infrarossa		0-5	+1	
				5 -- 10	0	
				OLTRE 10	-1	
Medicina Nucleare	TIPOLOGIA A - Scintigrafie	1	GCC - (GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA): Apparecchiatura che permette di eseguire esami scintigrafici (apparecchiatura non ibrida)	Presenza di due o più teste a geometria variabile. Possibilità di effettuare scansioni tomografiche e scansioni Total Body	0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		2	GTT - (SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO): Apparecchiatura che permette di eseguire esami scintigrafici associati ad immagine TAC di coregistrazione (apparecchiatura ibrida)		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	TIPOLOGIA B - Scintigrafie e PET (comprese le PET/TC) TIPOLOGIA C - PET/TC (solo le seguenti: 92.11.6, 92.11.7 e 92.18.6 con macchina ibrida)	3	SSP 01 - (SISTEMA CT/PET INTEGRATO): Permette di eseguire esami PET associati ad immagine TAC di coregistrazione (apparecchiatura ibrida)	Modalità di acquisizione TOF (time of flight). Presenza di dispositivi e/o software dedicati per la riduzione della dose al paziente. Sistema CT "a spirale" multistrato con numero di strati (non inferiore a 32-64). Sensibilità NEMA (18F) del sottosistema PET espressa in cps/KBq. Numero totale dei cristalli del sottosistema PET	0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1

Allegato n. 3: Elenco regionale delle attrezzature

Branca Tetti	CLASSE - SETTORE	ID	Apparecchiatura	NOTE	VETUSTA'	PUNTEGGIO
		4	PET - (TOMOGRFO AD EMISSIONE DI POSITRONI): Apparecchiatura di vecchia concezione che consente l'esecuzione di esami PET senza possibilità di associare immagini di coregistrazioneTAC (apparecchiatura non ibrida). Fornisce immagini meno ricche di informazioni diagnostiche rispetto al SSP	Apparecchiatura ormai desueta, sostanzialmente soppiantata nelle sue applicazioni cliniche dal SSP (Sistema CT/PET Integrato) da sostituire perché inadeguata dal punto di vista clinico	DESUETO	-2
RadioTerapia	1	LINAC SINGOLA ENERGIA			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	2	LINAC DOPPIA ENERGIA			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	3	LINAC TRE ENERGIA			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	4	Macchinari per BRACHITERAPIA			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	5	Macchinari per TOMOTERAPIA			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	6	Macchinari per CIBER KNIFE			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	7	Macchinari per GAMMA POD			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	8	Macchinari dove si utilizza la Tecnica 3D			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	9	Controllo Posizionamento EPID			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	10	Controllo Posizionamento CBCT			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	11	Macchinari per Set-up e monitoraggio posizione del paziente			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	12	Lettino Linac di Trattamento 6DoF			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	13	Lettino Linac di Trattamento 3DoF			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
	14	TAC simulatore multistrato con tecnologia 4D			0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1

Allegato n. 3: Elenco regionale delle attrezzature

Branca Tetti	CLASSE - SETTORE	ID	Apparecchiatura	NOTE	VETUSTA'	PUNTEGGIO
		15	TAC simulatore multistrato con tecnologia 3D		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		16	Attrezzatura Dosimetrica		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		17	MACCHINA IORT PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
RadioDiagnostica		1	ECT01 - ECOTOMOGRAFI INTERNISTICI		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		2	ECT02 - ECOTOMOGRAFI PER USO INTERNISTICO E CARDIOLOGICO		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		3	ECL E - ECOTOMOGRAFI PORTATILI		0-5	+1
					5 -- 10	0
					OLTRE 10	-1
		4	TAC01 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - INFERIORE O UGUALE A 2 STRATI	da sostituire perché inadeguati dal punto di vista clinico	DESUETO	-2
		5	TAC02 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE A 2 STRATI ED INFERIORE A 16 STRATI	da sostituire perché inadeguati dal punto di vista clinico	DESUETO	-2
		6	TAC03 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATI ED INFERIORE A 64 STRATI		0-5	0
5 -- 10	-1					
OLTRE 10	-2					
7	TAC04 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI		0-5	+1		
			5 -- 10	0		
			OLTRE 10	-1		
8	MAG01 - MAMMOGRAFI CONVENZIONALI	da sostituire perché inadeguati dal punto di vista clinico	DESUETO	-2		
9	MAG02 - MAMMOGRAFI DIGITALI		0-5	+1		
			5 -- 10	0		
			OLTRE 10	-1		
10	TRM01 - TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')		0-5	+1		
			5 -- 10	0		
			OLTRE 10	-1		
11	TRM02 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T		0-5	0		
			5 -- 10	-1		
			DESUETO	-2		
12	TRM03 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T		0-5	+1		
			5 -- 10	0		
			OLTRE 10	-1		

Allegato n. 3: Elenco regionale delle attrezzature

Branca Tetti	CLASSE - SETTORE		ID	Apparecchiatura	NOTE	VETUSTA'	PUNTEGGIO
			13	TRM04 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 0.5T	da sostituire perché inadeguati dal punto di vista clinico	DESUETO	-2
			14	TRM05 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
			15	ORG 01 - ORTOPANTOMOGRAMMA CONVENZIONALE		DESUETO	-2
			16	ORG 02 - ORTOPANTOMOGRAMMA DIGITALE		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
			17	SISTEMA CT/PET INTEGRATO		0-5	+1
						5 -- 10	0
OLTRE 10	-1						
Laboratorio	CLASSE A - Laboratori generali di base con o senza settori specializzati A1 e A2	B - generale di Base	1	Automazione completa con catena e/o automazione con analizzatore integrato		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
		settore A1 - chimica clinica e tossicologia	2	Cromatografia liquida/spettrometria di massa e P.C.R.		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
	CLASSE B - Laboratori generali di base con almeno tre settori specializzati, escluso A6		3	Sistemi automatici di identificazione batterica e determinazione dell'antibiogramma con indicazione della MIC (Capacità Minima Inibente).		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
		settore A3 - ematologia	4	Strisciatore/coloratore automatico, Digitalizzazione e/o intelligenza artificiale		0-5	+1
						5 -- 10	0
						OLTRE 10	-1
	CLASSE C - Laboratori generali di base con almeno tre settori specializzati, incluso A6	settore A4 - virologia	5	PCR (Polymerase Chain Reaction) e sequenziamento del DNA		0-5	+1
						5 -- 10	0
OLTRE 10						-1	
	settore A5 - citoistopatologia	6	Estrazione DNA e RT-PCR o vetrini digitali o automazione intelligente flusso di lavoro		0-5	+1	
					5 -- 10	0	
					OLTRE 10	-1	
CLASSE D - Laboratori specializzati	settore A6 - genetica	7	Sequenziatori del DNA con tecnologia NGS, Sanger o Maxmam e Gilbert		0-5	+1	
					5 -- 10	0	
					OLTRE 10	-1	